


## 03实验室设置

0700G3配压阀用于1600压力膜仪

06/2002



### 0700G3配压阀组成：

- ( 1 ) 0760G1空气过滤器
- ( 2 ) 0766P0125调节器，0-125psi
- ( 3 ) 0765 自动置零调节器
- ( 4 ) 0780P0060，测试量表，0-60psi
- ( 5 ) 0761G3阀门

加上必要的阀门和配件

实验室03设置用0500FG压缩机为1600 5-巴压力膜仪提供压力。

注意：

如果你希望用气罐提供压力，请参考实验室053设置。

---

仪器订购单和一般附件：

1件	1600	15巴压力膜仪
4件	0675B01M1	1巴压力板
4件	0675B03M1	3巴压力板
1件	0776L60	连接管，60英寸长
1件	0700G3	配压阀
1件	0779G1	连接管，组合，60英寸长
1件	0500FG	PM压缩机