


052实验室设置

0750G2配压阀 用于1500陶瓷板压力膜仪

01/2002



0750G2型配压阀组成：

- (1) 0767P0300G1调节器(0-300Psi)
 - (2) 0766P0150调节器(0-150Psi)
 - (3) 0780P0300测试量表范围 0-300Psi
- 所有必要的阀门和配件

实验室设置是用氮罐为1500 15巴陶瓷板压力膜仪提供压力。

仪器目录和一般附件：

1件	1500G1	15巴陶瓷板压力膜仪，3个0675B15M1	15-巴压力板
1件	1080G1	PM铰链	
1件	1080	适配板	
1件	0775L60	连接管，60英寸长	
4打	1093	放样圈（每打12个）	
3件	0675B01M1	1巴压力板	
3件	0675B03M1	3巴压力板	
1件	0750G2	配压阀	