


# 023实验室设置

0700CG23配压阀 用于1500和1600压力膜仪

06/2002



## 0700CG23配压阀组成

- (1) 0760G1空气过滤器
- (2) 0766P0250调节器, 0-250psi
- (3) 2个0766P0150调节器, 0-150psi
- (4) 0780P0300, 测试量表, 0-300psi
- (5) 0780P0060, 测试量表, 0-60psi
- (6) 0765 自动置零调节器, 0-60psi

023实验室设置用0500FG压缩机为1600 5-巴和1500 15-巴压力膜仪提供压力。

注意：

如果你希望用气罐提供压力，参考0523实验室设置。

---

仪器订购单和一般附件：

1件	1500	15-巴压力膜仪
3件	0675B15M1	15-巴压力板
1件	1080G1	PM较链
1件	0775L60	连接管，60英寸长
6打	1093	放样圈（每打12个）
1件	1600	5巴压力膜仪
4件	0675B01M1	1巴压力板
4件	0675B03M1	3巴压力板
1件	0776L60	连接管，60英寸长
1件	0700CG23	组合配压阀
1件	0779G1	连接管，组合，60英寸长
1件	0500FG	PM压缩机