


## 02实验室设置

0700G2配压阀用于1500压力膜仪

06/2002



### 0700G2配压阀组成

- (1) 0760G1空气过滤器
- (2) 0766P0125调节器, 0-125psi
- (3) 0766P0250调节器, 0-250psi
- (4) 0780P0300, 测试量表, 0-300psi

加上必要的阀门和配件

02实验室设置是用0500FG压缩机为1500 15-巴压力膜仪提供压力。

注意：

如果你希望用气罐提供压力，用我们的实验室052设置。

---

仪器订购单和一般附件

|    |           |                |
|----|-----------|----------------|
| 1件 | 1500      | 15巴压力膜仪        |
| 1件 | 1080G1    | PM铰链           |
| 1件 | 0775L60   | 连接管, 60英寸长     |
| 4打 | 1093      | 放样圈 ( 每打12个 )  |
| 3件 | 0675B15M1 | 15巴压力板         |
| 3件 | 0675B01M1 | 1巴压力板          |
| 3件 | 0675B03M1 | 3巴压力板          |
| 1件 | 0700G2    | 配压阀            |
| 1件 | 0779G1    | 连接管, 组合, 60英寸长 |
| 1件 | 0500FG    | PM压缩机          |