


051实验室设置

0750G1配压阀用于1000压力膜仪

11/2001



075G1配压阀组成：

- (1) 0767P0500G1调节器，0-500psi
- (2) 0769G2水银微调节器
- (3) 0766P0125调节器，0-125psi
- (4) 0780P0300，测试量表，0-300psi

仪器目录和一般附件

- | | | |
|----|---------|-----------------|
| 1件 | 1000 | 压力膜仪 |
| 1件 | 1080G1 | PM铰链 |
| 2件 | 0775L60 | 连接管，60英寸长 |
| 6打 | 1093 | 放样圈（每打12个） |
| 6打 | 1096 | 切纤维素膜的圆盘（每打12个） |
| 1件 | 0750G1 | 配压阀 |